



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-IV.9612.24.2024.10

Poznań,

Pan

Artur Perz

Kierownik Podmiotu Leczniczego:

Indywidualna Praktyka Stomatologiczna

Lege Artis lek. dent. Artur Perz

ul. Kwiatowa 13

64-412 Chrzypsko Wielkie

ZALECENIA POKONTROLNE

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

tel. 61 854 1411, fax 61 854 1970

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl

www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej¹, w związku z przeprowadzoną w podmiocie leczniczym: Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Lege Artis lek. dent. Artur Perz od 15 do 29 maja 2024 r. kontrolą planową w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej **wydaje następujące zalecenia pokontrolne:**

1. Udokumentować spełnienie wymagań zdrowotnych Pani XXXXXXXX oraz Pana XXXXXXXXXXXXXXXX, do czego zobowiązuje art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
2. Zaktualizować zapisy regulaminu organizacyjnego dotyczące:
 - struktury organizacyjnej zakładu leczniczego,
 - informacji o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz wysokości opłat za świadczenia zdrowotne udzielanych za częściową lub całkowitą opłatą,do czego zobowiązuje art. 24 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 12 ustawy o działalności leczniczej.
3. Wykonać przegląd techniczny klimatyzacji w lokalizacji Wronki oraz podjąć działania dotyczące wykonywania systematycznych okresowych przeglądów technicznych klimatyzacji w lokalizacji Chrzypsko Wielkie, do czego zobowiązuje § 40 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą².
4. Podjąć działania dotyczące wykonywania systematycznych okresowych przeglądów technicznych aparatów:
 - do zdjęć pantomograficznych, VATECH PCH – 2500, 2016 r., nr fabryczny 047-7705 oraz do zdjęć wewnątrzustnych ESX Vatech 2014r., nr fabryczny 024-2670, zamontowanych w gabinecie Stomatologicznym Chrzypsko Wielkie,
 - do zdjęć wewnątrzustnych VATECH EZRAY AIR VEX – S300W z 2017 r., nr fabryczny 071-000018 zamontowanego w gabinecie Stomatologicznym Wronki,do czego zobowiązuje art. 17 ust. 1 pkt 2 o działalności leczniczej oraz art. 63 ust. 1-6 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.³

Informację o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach należy przekazać Wojewodzie Wielkopolskiej na adres Wydziału Zdrowia WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszych zaleceń pokontrolnych.

Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych, zgodnie z art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, może skutkować wykreśleniem podmiotu z urzędu.

podpisano
z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego
Liwia Polcyn-Nowak
Dyrektor Wydziału Zdrowia

Przygotowała Joanna Zaworska, starszy specjalista, 24 czerwca 2024 r.

¹ Dz. U. z 2024 r., poz. 799

² Dz. U. z 2022 r., poz. 402

³ Dz.U. z 2022 r. poz.974, ze zm.