

**Informacja o wynikach kontroli doraźnej podmiotu leczniczego
RPWDL nr 000000018562 W-30 - Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**

1. Osoby wykonujące czynności kontrolne¹

- 1) Aleksandra Jarosz – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, kierownik zespołu kontrolującego,
- 2) dr n. med. Karina Stefańska-Wronka – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
- 3) Wojciech Iwina – starszy specjalista w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
- 4) Tomasz Kmiecik – starszy specjalista w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

2. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę doraźną rozpoczęto 31 marca 2021 r. i zakończono 20 kwietnia 2021 r. Czynności kontrolne w Szpitalu realizowano w dniach: 31 marca 2021 r. oraz 1, 8 i 20 kwietnia 2021 r.

3. Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiot kontroli obejmował formalną ocenę zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa, ocenę prawidłowości postępowania personelu medycznego oraz prawidłowości procesu diagnostyczno-terapeutycznego stosowanego wobec pacjentów z COVID-19.

Okres objęty kontrolą: od 4 lutego 2021 r. do dnia zakończenia kontroli².

Szczegółowej kontroli podlegała jednostka organizacyjna: Szpital Tymczasowy MTP, przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań.

I. Podsumowanie kontroli

1) Nieprawidłowości i wnioski

- 1) Nieskuteczny nadzór Szpitala nad poziomem tlenu w zbiornikach kriogenicznych w okresie od 26 do 30 marca 2021 r.
- 2) Niezłożenie przez Szpital zamówienia na dostawę tlenu dla pacjentów Szpitala Tymczasowego, na okres od 29 marca do 2 kwietnia 2021 r.
- 3) Niezabezpieczenie rezerwowego źródła zasilania dla instalacji tlenowej Szpitala Tymczasowego, tj. przenośnych butli tlenowych.
- 4) Prowadzenie przez Szpital dokumentacji dotyczącej zamówień i zużycia tlenu medycznego w sposób nierzetelny.

¹ Na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego do przeprowadzenia kontroli z 30 marca 2021 r., znak: KN-II.0030.46.2021.1

² Tj. do 20 kwietnia 2021 r.

- 5) Szpital posiada Procedurę P-ZO.5-8, opracowaną 15 listopada 2018 r. pn. „Przenoszenie pacjentów między oddziałami (wewnątrz szpitala)”. Dokument nie został zaktualizowany i nie obejmuje zasad przenoszenia pacjentów w Szpitalu Tymczasowym.
- 6) Wszyscy chorzy, którzy zmarli w dniu 30 marca 2021 r. byli w stanie ogólnym bardzo ciężkim lub krytycznym i nie rokowali przeżycia. Natomiast koincydencja czasowa zgonu i braku tlenu w instalacji Szpitala Tymczasowego niewątpliwie miała wpływ na przyspieszenie zgonu chorych:
 1. B. E., 1.74 - Oddział 8a-4, nr Księgi głównej: 9924/21,
 2. G.-D., M., 1.84 - Oddział 7a-6, nr Księgi głównej: 10966/21,
 3. B. R., 1.68 - Oddział 7a-6, nr Księgi głównej: 11408,
 4. B. M., 1.61 - Oddział 8-1a (IOM), nr Księgi głównej: 10583/21,
 5. O. I., 1.70 - Oddział 8-1a (IOM), nr Księgi głównej: 10981/21,
 6. S. J., 1. 66 - Oddział 8-1a (IOM), nr Księgi głównej: 11442/21.
- 7) Brak tlenu w instalacji Szpitala Tymczasowego miał wpływ na pogorszenie stanu zdrowia następujących chorych:
 1. K. P., nr Księgi głównej: 8356/21,
 2. G. J., nr Księgi głównej: 9921/21,
 3. K. R., nr Księgi głównej: 11312/21,
 4. B. M., nr Księgi głównej: 11329/21,
 5. B. R., nr Księgi głównej: 10297/21.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ *Liwia Polcyn-Nowak*
Dyrektor
Wydziału Zdrowia

Na podstawie protokołu kontroli znak: ZD-IV.9612.8.2021.5 przygotowała Aleksandra Jarosz, starszy inspektor wojewódzki, 10.12.2021 r.