



**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**

Poznań, zgodnie z datą w podpisie

ZD-Ko.9612.10.2026.1

**Pan**  
**Filip Pałczyński**  
**Med +reh Filip Pałczyński**  
ul. Słowackiego 42  
62-300 Września

# ZALECENIA POKONTROLNE

---

Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. 61 854 1411, fax 61 854 1970

[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [zd@poznan.uw.gov.pl](mailto:zd@poznan.uw.gov.pl)  
[www.gov.pl](http://www.gov.pl), infolinia tel. 222 500 117

e-Doręczenia: AE:PL-89487-43442-EWAFC-19

Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej<sup>1</sup>, w związku z przeprowadzoną w podmiocie leczniczym: Med +reh Filip Pałczyński, w dniach od 20 kwietnia do 25 maja 2026 roku, kontrolą planową w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, **wydaje następujące zalecenia pokontrolne:**

- 1) pozyskać zgodę właściwego organu sanitarnego na umiejscowienie poradni otorynolaryngologicznej i pracowni diagnostyki ultrasonograficznej poniżej poziomu terenu urządzonego przed budynkiem, do czego zobowiązuje § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,<sup>2</sup>
- 2) zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych przy użyciu sprzętu i aparatury posiadającej udokumentowane przeglądy sprawności technicznej zachowując ich ciągłość, do czego zobowiązuje art. 17 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, ponieważ:
  - aparat do laseroterapii, aparat do elektroterapii, aparat do magnetoterapii, aparat do sonoterapii, urządzenie wytwarzające impulsowe pole elektromagnetyczne nie posiadały potwierdzenia sprawności technicznej od 1.01.2025 r. do 15.03.2026 r. (poprzednie wpisy w paszportach technicznych były ważne do 2018 roku),
  - fiberoskop posiadał dokument potwierdzający jego sprawność techniczną z dnia 13.05.2026 r. pomimo, że podmiot przedłożył umowę użyczenia aparatu z dnia 10.06.2025 r. (brak zatem dokumentów potwierdzających jego sprawność w okresie od 10.06.2025 r. do 12.05.2026 r.).
- 3) zapewniać udzielanie świadczeń przez personel medyczny legitymujący się ciągłością dokumentów potwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, do czego zobowiązuje art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej, ponieważ nie przedłożono dokumentów potwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku zajmowanym stanowisku XXXXXXXX i XXXXXXXX – w całym okresie objętym kontrolą. Ponadto dla psychoterapeuty przedłożono orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku nauczyciela.

Informację o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach należy przekazać Wojewodzie Wielkopolskiemu na adres: Wydział Zdrowia WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, **w terminie 30 dni** od daty doręczenia niniejszych zaleceń pokontrolnych.

---

<sup>1</sup> Dz.U.2026.156 t.j.

<sup>2</sup> Dz.U. z 2022.402 t.j.

Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych, zgodnie z art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej, może skutkować wykreśleniem podmiotu z urzędu.

z up. Wojewody Wielkopolskiego  
/-/ Ewa Panowicz  
Dyrektor  
Wydziału Zdrowia

Przygotował

Julita Lichańska, st. specjalista, 22.06.2026 r.

Poszczególne części dokumentu zostały zanonimizowane na podstawie Rozporządzenia (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych