

Poznań, 17.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe

dot. udzielenia zamówienia na podstawie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

I. Zamawiający

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

www.poznan.uw.gov.pl

NIP: 778 10 12 911, REGON: 000515331

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest analizator widma z wektorowym analizatorem sieci SIGLENT SVA1032X.

2. Analizator widma z wektorowym analizatorem sieci SIGLENT SVA1032X powinien posiadać następujące cechy szczególne:

„Zakres częstotliwości do 3,2GHz

Całkowicie cyfrową technologię IF

Zakres częstotliwości analizatora widma od 9kHz do 3,2GHz

Zakres częstotliwości wektorowego analizatora sieci od 100kHz do 3,2GHz

Średni wyświetlany poziom szumu -161 dBm/Hz (Typ.)

Szum offsetu fazy -98 dBc/Hz przy 10kHz (1GHz, Typ.)

Poziom błędu pomiaru < 0,7dB (Typ.)

Minimalną rozdzielczość pasma 1 Hz (RBW)

Wbudowany generator śledzący od 100kHz do 3,2GHz

Analizę wektorowa sieci: S11, S21.

W standardzie:

Przedwzmacniacz

Generator śledzący

Wektorowa analiza sieci

Zestaw pomiarowy EMI Pre-compliance + sondy SRF5030T near field probe.

Zestaw do kalibracji 50 Ω, złącza N, żeńskie.

Na wyposażeniu: ekran dotykowy 10,1 cala (1024x600), myszka i klawiatura.

Sterowanie przez przeglądarkę na PC i urządzenia mobilne.”

3. Dostarczony analizator widma z wektorowym analizatorem sieci SIGLENT SVA1032X musi być fabrycznie nowy.

4. Gwarancja na dostarczony analizator widma z: wektorowym analizatorem sieci SIGLENT SVA1032X powinna wynosić 36 miesięcy, a na dostarczone akcesoria do analizatora widma powinna wynosić 12 miesięcy.

III. Opis kryteriów wyboru wykonawcy

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się ceną za wykonanie zamówienia.

IV. Warunki realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podpisanie umowy.
3. Faktura VAT za przedmiot zamówienia będzie płatna z konta Zamawiającego w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

V. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe

1. Ofertę w formacie PDF należy przesłać na adres poczty elektronicznej: zk@poznan.uw.gov.pl w terminie do dnia 24 października 2022 r.
2. Oferta musi być wyrażona w PLN z podaniem jednostkowej ceny netto i brutto oraz całkowitym kosztem realizacji zamówienia wraz z dostawą.

VI. Sposób komunikacji

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Korespondencję proszę kierować na adres poczty elektronicznej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacje szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.

UWAGA!

Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu rozeznania dostępności i ceny przedmiotu zamówienia, w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego zakupu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
/ - / **Waldemar Paternoga**